

# 竞争性磋商采购文件

项目编号：SLQZYY2022-2

项目名称：腹腔镜系统等设备

采购单位：树兰（衢州）医院

2022年2月08日

## 目 录

第一章	竞争性磋商采购邀请	-----2
第二章	供应商须知	-----3
第三章	采购内容及需求	-----6
第四章	响应文件格式	-----8
第五章	标项具体要求	-----16

## 第一章 竞争性磋商采购邀请

根据有关规定，树兰（衢州）医院就监护仪等设备项目进行竞争性磋商采购，邀请相关供应商前来参加。

一. 项目编号：SLQZYY2022-02

二. 采购方式：竞争性磋商采购

三. 采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

标项	采购内容	数量	单位	备注
1	腹腔镜系统	1	套	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

四. 交货时间：满足用户要求。

五. 供应商资格条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 在经营活动中没有重大违法记录；

六. 采购文件的获取:

七. 响应文件份数: 正本壹份、副本肆份、电子文档壹份 (U 盘)。

八. 响应文件提交时间: 2022 年 2 月 23 日下午 13 点 30 分

响应文件提交地址: 树兰 (杭州) 医院 2 号楼 1 楼医空间 2 次方会议室

九. 联系方式: 电话 18267853713, 13600532105 联系人: 吴老师, 谢老师

## 第二章 供应商须知

供应商应仔细阅读采购文件的所有内容, 按照采购文件的要求提交响应文件, 并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 一、项目要求:

1. 本采购项目系医院采购, 要求机型及配置能符合医院要求。
2. 参与报价的产品应为当前国内、国际的先进、新型的产品。
3. 产品必须具有政府有关部门颁发的生产、销售、卫生许可证和质量保证书、医疗器械注册证 (或备案证)。代理经销的产品应有代理许可委托书。
4. 不论采购结果如何, 供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。
5. 供应商应有完善的销售供应和售后服务保障体系, 具有较强的本地化服务能力, 并配有较强的技术队伍。
6. 配送服务及配送费用由供应商承担, 直接送至采购人指定的地点。

## 二、响应文件要求：

1. 响应文件组成：谈判响应函、法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、设备配置明细表，设备报价明细表、设备配件报价表、浙江省用户名单（3份以上合同）、技术和商务偏离表、产品资质文件、服务的内容和措施、供应商认为必须提供的其他资料。
2. 供应商有下列情况之一的，其响应文件将被拒绝或作无效处理：
  - (1) 未在规定时间内将响应文件送达规定地点的。
  - (2) 响应文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。
  - (3) 响应文件不符合供应商资格要求、产品报价要求的。
  - (4) 未响应采购文件标注“\*”的实质性要求的。
  - (5) 采购响应函或填写项目不齐全的，响应文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的。
  - (6) 响应文件中提供伪造、虚假材料的；响应文件不符合法律、法规规定的。

## 三、评审

- 1、评审小组由采购单位招标采购管理小组及专家组成。
- 2、评审原则：评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

#### 四、确定成交供应商及签订合同：

- 1、采购人依法确定成交供应商后以书面或者邮件形式发出《成交通知书》。
- 2、采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出后根据双方约定时间签订采购合同（协议）。
- 3、成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格并列入“不诚信供应商”名单。

### 第三章 采购内容及需求

#### I、采购内容

标项	采购内容	数量	单位	备注
1	腹腔镜系统	1	套	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

## II、采购需求（技术要求）

详见附件

### III、其他要求：（适用于上述所有项目，若项目另有要求，以项目要求为准。）

- 1、安装验收标准：符合国家有关技术规范要求和技术标准。到货时随机提供产品合格证明材料，性能检测合格证书。
- 2、故障响应时间 $\leq 2$ 小时，到现场维修时间 $\leq 24$ 小时。收到故障机后提供备用机到医院，不影响院方正常工作。
- 3、保修期：原厂整机含第三方外购件（验收合格后） $\geq 3$ 年，提供原厂售后服务承诺。保修期内每年不少于两次全面的维护保养；保修期外免收人工费。保证零配件供应时间 $\geq 8$ 年。
- 4、提供原厂技术、资质文件，主要参数须有原版 DATASHEET 支持。提供设备详细配置清单及分项价格。
- 5、免费提供使用人员操作、维护培训及工程师维修培训，附培训、考核资料。
- 6、提供使用手册 2 份、维修手册 1 份，塑封简易操作规程、维护保养流程一份。

- 7、交货期：合同签订后 2 周内。
- 8、付款方式：经医院验收合格后并且使用科室正常使用 3 个月后 7 个工作日内，甲方支付合同全款的【90%】，剩余【10%】作为质保金，待【验收合格届满 1 年后 10 个工作日内】再进行支付。
- 9、报价方式：人民币、CIP 医院价。

## 第四章 响应文件格式

### 1. 响应文件封面格式

正本/副本

# 竞争性磋商响应文件

项目名称：腹腔镜设备等

项目编号：SLQZ2022-02

标 项:

标项内容:

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年 月 日

## 2. 响应文件目录格式(附页码):

(1) 法定代表人授权委托书

- (2) 设备报价明细表
- (3) 技术和商务偏离表
- (4) 设备配置明细表
- (5) 设备配件报价表
- (6) 营业执照副本复印件
- (7) 产品资质文件
- (8) 服务的内容和措施
- (9) 供应商认为必须提供的其他资料

### 3. 法定代表人授权委托书格式：

## 法定代表人授权委托书

致： 致树兰（衢州）医院：

本公司已仔细阅读采购文件，符合本次采购要求，承诺提供文件真实有效。

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 \_\_\_\_\_（姓名）以我方的名义参加\_\_\_\_\_项目（编号：SLQZYY2022-02）的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： \_\_\_\_\_

法定代表人签名： \_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人身份证号码：\_\_\_\_\_ 法定代表人身份证号码：\_\_\_\_\_

法定代表身份证正面

法定代表身份证反面

授权代表身份证正面

授权代表身份证正面

#### 4.设备报价明细表

报价内容：

金额单位：人民币（元）

序号	标项	设备名称、规格型号	品牌、产地	配置	单价	数量及单位	金额

合计:							

法定代表人或授权委托人签名：\_\_\_\_\_

投标单位盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 5.技术和商务偏离表

### 技术偏离表

序号	招标技术参数	投标技术参数	偏离情况
----	--------	--------	------



序号	商务要求		商务响应	偏离情况
1	安装验收	符合国家有关技术规范要求和技术标准。 到货时随机提供产品合格证明材料,性能检测合格证书。		
2	售后服务	故障响应时间≤2小时,到现场维修时间≤24小时。收到故障机后提供备用机到医院,不影响院方正常工作。		
3	保修期	验收合格后整机≥3年(含第三方外购件)。保修期内每年不少于两次全面的维护保养;保修期外免收人工费。保证零配件供应时间≥8年。		
4	技术资料	提供技术、资质文件,主要参数须有原版DATASHEET支持。		
5	培训	免费提供使用人员操作、维护培训及工程师维修培训,附培训、考核资料。		
6	操作资料	提供使用手册2份、维修手册1份,塑封简易操作规程、维护保养流程一份。		
7	交货、安装期	合同签订后2周内		
8	付款方式	经医院验收合格后并且使用科室正常使用3个月后7个工作日内,甲方支付合同全款的【90%】,剩余【10%】作为质保金,待【验收合格届满1年后10个工作日内】再进行支付。		
10	报价方式	人民币、CIP 医院价		

法定代表人或授权委托人签名: \_\_\_\_\_

投标单位盖章: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 6.设备配置明细表

## 设备配置明细表

设备标项及名称：

序号	名称	型号	描述	数量

法定代表人或授权委托人签名：\_\_\_\_\_

投标单位盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 7.设备配件报价表

## 选配件、专用耗材、售后服务优惠表

标 项：\_\_\_\_\_ 投标人名称：\_\_\_\_\_

序号	耗材或配件名称	适用机型	优惠单价	比投标报价优惠率（优惠后价格按 1-__%计算）
1				_____ %
2				_____ %
3				_____ %
4				_____ %
5				_____ %
6				_____ %

法定代表人或授权委托人签名：\_\_\_\_\_

投标单位盖章： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

### 第五章标项具体要求

附件：

标项	采购内容	数量	单位	备注
1	腹腔镜系统	1	套	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

## 标项1 腹腔镜摄像系统 1套

- 1、用途：普外科、妇科、泌尿外科等微创外科手术。可兼容高清电子镜。
- 2、高清腹腔镜系统：
  - (1) 高清摄像头：3CCD三晶片高分辨率摄像主机，每晶片 $\geq 1/3$ 英寸；
  - (2) 每晶片采集分辨率： $\geq 1920*1080$ ，有效输出像素 $\geq 130$ 万像素；
  - (3) 信噪比 $\geq 60$ dB；1080P逐行扫描，扫描频率 $\geq 50$ Hz；
  - (4) 摄像头上有按键，可以实现任意功能（白平衡，拍照，菜单调用等）；
  - (5) 可高温高压灭菌或环氧乙烷灭菌；
  - (6) 具有自动光亮度控制自动曝光功能；
  - (7) 具有光学变焦功能： $\geq 2$ 倍；
  - (8) 具有按键控制自动白平衡，支持双白平衡定义功能；
  - (9) 全数字高清图像输出：16:9，HDTV国际公认标准；具有视频输出模块：HD-SDI、SD-SDI、DV和DVI，RGB，Y/C和Composite；
  - (10) 自动增益： $\geq 18$ dB
  - (11) 设备控制功能：具有遥控功能，可对周边设备进行控制；
  - (12) 具有图像刻录功能；
- 3、冷光源：
  - (1) 主灯泡：输出功率 $\geq 300$ W氙气短弧灯；
  - (2) 亮度持续可调；
  - (3) 灯泡适应寿命 $\geq 500$ H；
  - (4) 具有备用灯泡；
  - (5) 每套配光纤：2根；
- 4、气腹机：
  - (1) 流量 $\geq 30$ L/min；
  - (2) 数字显示：预置压、实际气腹压等；
  - (3) 具有防止腹压过高的安全设置，高低压模式可调功能；
  - (4) 具有堵塞、漏气、超温、腹压过高、气瓶气不足等声光报警；
- 5、2台同品牌高清医用监视器： $\geq 26$ 寸，分辨率 $\geq 1080*2980$ ，具备HD/SDI和DVI等高

品质视频输入输出端口；

6、电子胆道镜

(1) 先端CCD；

(2) 可低温等离子灭菌；

7、配置:高清摄像主机（含摄像头）1台，光源1台，显示器2台，光纤2根，刻录机1台，气腹机1台，30° 镜头2根，电子胆道镜1根，专用台车1辆，灭菌盒1个，测漏器1个。